

ЛОТ №5: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для медицинского оборудования 5.1. «Операционный стол электрический»,
планируемого к централизованной закупке на 2026 г., во исполнение
Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-186 от 19.05.2025 г.

№	Наименование параметров	Параметры
I.	Наименование товара	указывается участником
II.	Модель (полное и точное наименование)	указывается участником
III.	Производитель (полное и точное наименование)	указывается участником
IV.	Страна происхождения	указывается участником
1.	Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства)	
	Электромеханический операционный стол для проведения широкого спектра хирургических вмешательств у детей и взрослых. Применяется в отделениях общей хирургии, ЛОР, урологии, ортопедии, нейрохирургии. Обеспечивает высокую устойчивость, надёжность и безопасность пациента в любых рабочих положениях, включая педиатрическую практику (пациенты 0–18 лет).	Соответствие
2.	Цели приобретения товаров	Оснащение Самаркандского ОДММЦ и ГДБ г. Самарканд для повышения качества педиатрической медицинской помощи, снижения детской смертности, реализации ПП-186 от 19.05.2025 г.
3.	Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-186 от 19.05.2025 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями». Приказ министра здравоохранения Республики Узбекистан от 27.02.2026 г. №74.
4.	Требования к необходимости страхования товаров	Поставщик обязан обеспечить страхование товара на весь период его транспортировки в соответствии с условиями поставки в тендерной документации по Инкотермс-2020.

№	Наименование параметров	Параметры
		В случае отсутствия обязанности страхования товара, поставщик обязан предоставить покупателю, по его просьбе, на его риск и за его счет (при наличии расходов), необходимую покупателю информацию для получения страхования.
5.	Требования к техническим характеристикам товара	
5.1	Операционный стол должен быть предназначен для проведения широкого спектра хирургических вмешательств	Наличие
5.2	Конструкция должна обеспечивать высокую устойчивость, надёжность и безопасность пациента в любых рабочих положениях	Наличие
5.3	Управление — электромеханическое с возможностью ручных регулировок	Наличие
5.4	Конструкция и материалы	Наличие
5.5	Количество секций матраса не менее	4 шт.
5.6	Материал матраса: полиуретан (PU), антибактериальный, съёмный	Наличие
5.7	Толщина матраса: не менее	70 мм
5.8	Столешница: рентгенопрозрачная	Наличие
5.9	Каркас: нержавеющая сталь (STS304)	Наличие
5.10	Габариты и нагрузка	Наличие
5.11	Размер столешницы: не менее	510 × 2120 мм
5.12	Максимальная нагрузка (в горизонтальном положении): не менее	450 кг
5.13	Перемещения и регулировки	Наличие
5.14	Электрические движения	Наличие
5.15	Регулировка высоты, не менее	560 – 1080 мм
5.16	Регулировка спинной секции, не менее	–40° / +90°
5.17	Положение Тренделенбург / анти-Тренделенбург, не менее	±30°
5.18	Боковой наклон: не менее	±20°
5.19	Продольное смещение (slide) 230 мм в сторону головы, 230 мм в сторону ног: не менее	460 мм
5.20	Механические движения	Наличие
5.21	Регулировка подголовника	–90° / +30°
5.22	Регулировка ножных секций вверх/вниз, не менее	–90° / +80°
5.23	Регулировка ножных секций в стороны, каждая ножная секция отводится наружу не менее на	90°

№	Наименование параметров	Параметры
5.24	Почечная позиция, подъем не менее	110 мм
5.25	Дополнительные положения	Наличие
5.26	Flex / Reflex позиции	140° / 90°
5.27	CPR позиция (одной кнопкой)	Наличие
5.28	Система управления	Наличие
5.29	Пульт дистанционного управления	Наличие
5.30	Возможность сохранения позиций не менее	4 шт. (программируемые позиции)
5.31	Наличие функциональных кнопок не менее	12 шт.
5.32	Индикация заряда батареи уровнями, не менее	3 уровня
5.33	Блокировка клавиш	Наличие
5.34	Колёсная база	Наличие
5.35	Поворотные переднее и задние колеса, не менее	4 шт.
5.36	Наличие двойных колёс, не менее	4 шт.
5.37	Диаметр каждого из 4 двойных колёс, не менее	125 мм
5.38	Выдвижные опоры (домкраты) 4 шт. для фиксации стола в рабочем положении (стол должен опираться на опоры)	Наличие
5.39	Центральная тормозная система (единое управление блокировкой всех колёс)	Наличие
5.40	Материал конструкции: все элементы стола, включая вспомогательные и дополнительные устройства, выполнены из нержавеющей стали; наличие пластиковых элементов не допускается	Наличие
5.41	Обеспечение мобильности и фиксации	Наличие
5.42	Кассетодержатель/туннель для введения рентгеновских кассет	Наличие
5.43	Антибактериальные съёмные матрасы	Наличие
5.44	Возможность лёгкой очистки и дезинфекции	Наличие
5.45	Комплектация	Наличие
5.46	Анестезиологическая дуга	1 шт.
5.47	Инфузионная стойка	1 шт.
5.48	Боковые направляющие (рейки) для крепления различных аксессуаров и принадлежностей	Наличие
5.49	Держатель для головы	1 шт
5.50	Держатель для рук	1 пара
5.51	Подлокотники (пара)	1 пара
5.52	Держатель для ног	1 пара
5.53	Фиксирующий ремень	1 шт.
5.54	Электропитание	Наличие
5.55	Входное напряжение	220–240 В, 50/60 Гц

№	Наименование параметров	Параметры
5.56	Рабочее напряжение	24 В пост. тока (24 VDC)
5.57	Аккумулятор	Наличие
5.58	Головная секция: съёмная, с пневматическим приводом; диапазон регулировки, не менее	$\pm 45^\circ$
5.59	Автономная работа циклов движений, не менее	40 циклов
5.60	Время полной зарядки, не более	10 часов
6.	Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара	
	Маркировка товаров осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Закупаемое медицинское оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. На упаковке должна быть маркировка «Осторожно — медицинское оборудование». Если при распаковке товара определяются дефекты, Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, и Поставщик должен заменить его по гарантии.	Соответствие
7.	Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки	Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не находившимся в эксплуатации, не снятым с производства. Не допускается поставка выставочных образцов.
8.	Требования по комплектации	
8.1	Поставщик должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте.	Указать
8.2	Поставщик должен укомплектовать оборудование всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении.	Указать
8.3	Все педиатрические аксессуары и расходные материалы для пациентов 0–18 лет включены в базовую комплектацию.	Подтвердить

№	Наименование параметров	Параметры
9.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	
	Согласно нормативным и техническим документам производителя и заказчика, указанные в проекте договора	соответствие
10.	Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара	Материалы и комплектующие должны обеспечивать безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования. Расходы на запасные части и расходные материалы в гарантийный период включаются в стоимость поставки в соответствии с пунктом 8 настоящего ТЗ. Расходные материалы для пациентов 0–18 лет должны быть гипоаллергенными.
11.	Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования	
	Товар должен соответствовать всем государственным нормативным документам, которые действительны на территории Республики Узбекистан	соответствие
12.	Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок	Количество: 2 шт. Для отечественных поставщиков: DDP склад Покупателя в г. Ташкенте; Для иностранных поставщиков: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). Для отечественных исполнителей: 90 дней со дня проведения предоплаты. Днём поставки считается дата передачи товара Покупателю (дата, указанная на счёт фактуре). Для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан (отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).
13.	Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам	
	Приёмка поставленного товара осуществляется путём контроля целостности и комплектности поставляемого товара, а также соответствия требованиям настоящего технического задания. С целью принятия результатов работ (услуг) Заказчик имеет право создать в	Соответствие

№	Наименование параметров	Параметры
	установленном порядке Приёмочную комиссию. Совместно с предъявлением Приёмочной комиссии товара (работ, услуг) производится сдача разработанного Поставщиком комплекта документации в соответствии с действующими на территории Республики Узбекистан перечнями и требованиями к оформлению. По итогам сдачи-приёма выполненных работ подписывается двусторонний акт. Состав приёмочной комиссии определяется Заказчиком. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его допоставкой, производятся за счёт Поставщика.	
14.	Требования к обучению персонала	
	Обучение должно проводиться на русском или узбекском языке	Соответствие
	Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала	Соответствие
	Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования; педиатрические алгоритмы применения	Соответствие
	Настройка по возрастным группам: новорождённые, грудные, дошкольники, школьники, подростки	Соответствие
15.	Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром	
	Инструкция по эксплуатации, по техническому обслуживанию (на русском или на узбекском языке)	Соответствие
	Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику следующие документы: счёт-фактуру (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара; транспортную накладную (оригинал и копия); упаковочные листы (оригинал и копия); акт приёма-передачи товара; сертификат происхождения; сертификат качества; сертификат соответствия (при необходимости); страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020). Также вместе с товаром должна быть передана документация по применению. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском или узбекском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.	соответствие
16.	Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту)	

№	Наименование параметров	Параметры
	Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию — 24 месяца	Соответствие
	В течение гарантийного периода Поставщик должен обеспечить устранение дефектов производителя за свой счёт	Соответствие
	В течение гарантийного периода Поставщик должен обеспечить проезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь)	Соответствие
	Постгарантийное обслуживание осуществляется через авторизованный сервисный центр по дополнительному договору	Соответствие
17.	Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров	
	Срок хранения медицинского оборудования и/или его комплектующих должен соответствовать требованиям производителя и нормативной документации. Условия хранения должны быть указаны в эксплуатационной документации и обеспечивать сохранность потребительских свойств изделия на протяжении всего срока хранения	соответствие
	Оборудование должно поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, влаги и воздействия окружающей среды при транспортировании и хранении	Соответствие
18.	Требования к году производства/выпуска товаров	Год выпуска товара — не ранее 2026 года
19.	Другие требование	
19.1.	Стандарты качества:	
	ISO 13485:	соответствие
	CE (опционально):	соответствие
	Копии сертификатов качества должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов.	представить
19.2.	Сервисный центр	
	Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра.	представить

№	Наименование параметров	Параметры
	Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору	указать
19.3.	Регистрация	
	На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (<u>если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД</u>)	соответствие

* Технические характеристики, указанные в настоящем техническом задании, являются сравнительными (ориентировочными) показателями и предназначены для определения функциональных, технических и качественных характеристик медицинского оборудования. Участники вправе предложить медицинское оборудование с иными техническими характеристиками, отличающимися от указанных в техническом задании, при условии, что такое оборудование обеспечивает аналогичные или лучшие функциональные, эксплуатационные и качественные показатели и полностью соответствует назначению оборудования и потребностям заказчика. Оценка соответствия предложенного оборудования указанным требованиям осуществляется экспертами на основании представленных участником документов, технических характеристик и иных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям технического задания.

* участник торгов должен предоставить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара), при этом участник должен заполнить каждый пункт в соответствии с техническим заданием, ссылаясь на подтверждающий документ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для медицинского оборудования 5.2. «Лампа бестеневая операционная»,
планируемого к централизованной закупке на 2026 г., во исполнение
Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-186 от 19.05.2025 г.

№	Наименование параметров	Параметры
I.	Наименование товара	указывается участником
II.	Модель (полное и точное наименование)	указывается участником
III.	Производитель (полное и точное наименование)	указывается участником
IV.	Страна происхождения	указывается участником
1.	Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства)	
	Стационарная потолочная бестеневая операционная лампа для освещения операционного поля.	Соответствие
2.	Цели приобретения товаров	Оснащение Самаркандского ОДММЦ и ГДБ г. Самарканд для повышения качества педиатрической медицинской помощи, снижения детской смертности, реализации ПП-186 от 19.05.2025 г.
3.	Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-186 от 19.05.2025 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями». Приказ министра здравоохранения Республики Узбекистан от 27.02.2026 г. №74.
4.	Требования к необходимости страхования товаров	Поставщик обязан обеспечить страхование товара на весь период его транспортировки в соответствии с условиями поставки в тендерной документации по Инкотермс-2020. В случае отсутствия обязанности страхования товара, поставщик обязан предоставить покупателю, по его просьбе, на его риск и за его счет (при наличии расходов), необходимую покупателю

№	Наименование параметров	Параметры
		информацию для получения страхования.
5.	Требования к техническим характеристикам товара	
5.1	Операционный светильник должен быть предназначен для освещения операционного поля при проведении хирургических вмешательств различной сложности.	Наличие
5.2	Тип исполнения — двухкупольный потолочный светильник	Наличие
5.3	Тип монтажа — потолочный	Наличие
5.4	Источник света — светодиодный (LED).	Наличие
5.5	Обеспечение бестеневого освещения и минимального теплового воздействия на операционное поле.	Наличие
5.6	Основные технические характеристики	Наличие
5.7	Светильник должен иметь функцию компенсации затенения операционного поля за счёт автоматической адаптации яркости отдельных групп светодиодов при частичном перекрытии светового потока хирургом, инструментами или оборудованием.	Наличие
5.8	Свободное вращение каждого купола (360°)	Наличие
5.9	Освещённость в центре светового поля на расстоянии 1 м должна составлять не менее	160 000 LUX
5.10	Регулировка яркости: не менее	10 – 100%
5.11	Световые параметры	Наличие
5.12	Цветовая температура: не менее	3600 – 5400K
5.13	Коэффициент цветопередачи (Ra), не менее	99
5.14	Глубина освещённости (L1 + L2 при 60%) — не менее	125 см (при 20%) / 65 см (при 60%)
5.15	Источник света	Наличие
5.16	Тип: LED	Наличие
5.17	Срок службы: не менее	60 000 часов
5.18	Низкое тепловыделение	Безвентиляторная система охлаждения
5.19	Конструкция	Наличие
5.20	Двухкупольная конструкция	Наличие
5.21	Наличие стерилизуемой центральной ручки	Наличие
5.22	Возможность регулировки положения купола во всех плоскостях	Наличие
5.23	Система балансировки для плавного позиционирования	Наличие
5.24	Закрытая конструкция для удобства дезинфекции	Наличие
5.25	Управление	Наличие

№	Наименование параметров	Параметры
5.26	Панель управления на корпусе светильника	Наличие
5.27	Регулировка яркости:	Наличие
5.28	Регулировка цветовой температуры	Наличие
5.29	Возможность включения/выключения на панели	Наличие
5.30	Функциональные возможности	Наличие
5.31	Бестеневое освещение (многоточечные источники света)	Наличие
5.32	Режим эндоскопии (снижение яркости)	Наличие
5.33	Равномерное распределение света	Наличие
5.34	Возможность длительной непрерывной работы	Наличие
5.35	Эргономика	Наличие
5.36	Лёгкость позиционирования	Наличие
5.37	Устойчивость положения	Наличие
5.38	Удобство работы медицинского персонала	Наличие
5.39	Комплектация	Наличие
5.40	Светильник двухкупольный	Наличие
5.41	Потолочное крепление	Наличие
5.42	Стерилизуемая ручка	Наличие
5.43	Руководство пользователя	Наличие
5.44	Электропитание	Наличие
5.45	Напряжение:	220–240 В, 50/60 Гц
	Видеокамера для хирургической лампы	
	Наименование товара	
	Модель (полное и точное наименование)	
	Производитель (полное и точное наименование)	
	Страна происхождения	
5.46	Беспроводная камера формата Full HD	Наличие
5.47	Разрешение — не менее	2,1 МП
5.48	Камера устанавливается в центре купола и при необходимости легко снимается и устанавливается на другую лампу	Соответствие
5.49	Независимая регулировка положения лампы и видеокамеры	Соответствие
5.50	КМОП-матрица формата 1/2,8"	Соответствие
5.51	Оптическое увеличение (зум) — не менее	Соответствие
5.52	Цифровое увеличение (зум) — не менее	Соответствие
5.53	Фокусное расстояние в диапазоне — не менее	5 – 50 мм
5.54	Выдержка электронного затвора в диапазоне — не менее	1/1 – 1/10 000 с

№	Наименование параметров	Параметры
5.55	Автоматическая и ручная фокусировка	Соответствие
5.56	Автоматический и ручной баланс белого	Соответствие
5.57	Частота передачи сигнала (диапазон)	5 ГГц
5.58	Задержка сигнала — не более	2 мс
5.59	Управление с помощью кнопок на боковой панели или пульта дистанционного управления	Соответствие
5.60	Регулируемые параметры: включение/выключение, регулировка зума, регулировка фокуса, регулировка экспозиции, баланс белого, запись пресетов/положений, создание снимка экрана и др.	Соответствие
6.	Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара	
	Маркировка товаров осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Закупаемое медицинское оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. На упаковке должна быть маркировка «Осторожно — медицинское оборудование». Если при распаковке товара определяются дефекты, Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, и Поставщик должен заменить его по гарантии.	Соответствие
7.	Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки	Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не находившимся в эксплуатации, не снятым с производства. Не допускается поставка выставочных образцов.
8.	Требования по комплектации	
8.1	Поставщик должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте.	Указать
8.2	Поставщик должен укомплектовать оборудование всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении.	Указать

№	Наименование параметров	Параметры
8.3	Все педиатрические аксессуары и расходные материалы для пациентов 0–18 лет включены в базовую комплектацию.	Подтвердить
9.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	
	Согласно нормативным и техническим документам производителя и заказчика, указанные в проекте договора	соответствие
10.	Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара	Материалы и комплектующие должны обеспечивать безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования. Расходы на запасные части и расходные материалы в гарантийный период включаются в стоимость поставки в соответствии с пунктом 8 настоящего ТЗ. Расходные материалы для пациентов 0–18 лет должны быть гипоаллергенными.
11.	Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования	
	Товар должен соответствовать всем государственным нормативным документам, которые действительны на территории Республики Узбекистан	соответствие
12.	Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок	Количество: 2 шт. Для отечественных поставщиков: DDP склад Покупателя в г. Ташкенте; Для иностранных поставщиков: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). Для отечественных исполнителей: 90 дней со дня проведения предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Покупателю (дата, указанная на счёт фактуре). Для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан (отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).
13.	Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам	
	Приёмка поставленного товара осуществляется путём контроля целостности и комплектности поставляемого	Соответствие

№	Наименование параметров	Параметры
	товара, а также соответствия требованиям настоящего технического задания. С целью принятия результатов работ (услуг) Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приёмочную комиссию. Совместно с предъявлением Приёмочной комиссии товара (работ, услуг) производится сдача разработанного Поставщиком комплекта документации в соответствии с действующими на территории Республики Узбекистан перечнями и требованиями к оформлению. По итогам сдачи-приёма выполненных работ подписывается двусторонний акт. Состав приёмочной комиссии определяется Заказчиком. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его допоставкой, производятся за счёт Поставщика.	
14.	Требования к обучению персонала	
	Обучение должно проводиться на русском или узбекском языке	Соответствие
	Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение технического (медицинского) персонала	Соответствие
	Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования; педиатрические алгоритмы применения	Соответствие
	Настройка по возрастным группам: новорождённые, грудные, дошкольники, школьники, подростки	Соответствие
15.	Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром	
	Инструкция по эксплуатации, по техническому обслуживанию (на русском или на узбекском языке)	Соответствие
	Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику следующие документы: счёт-фактуру (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара; транспортную накладную (оригинал и копия); упаковочные листы (оригинал и копия); акт приёма-передачи товара; сертификат происхождения; сертификат качества; сертификат соответствия (при необходимости); страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020). Также вместе с товаром должна быть передана документация по применению. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском или узбекском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.	соответствие

№	Наименование параметров	Параметры
16.	Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту)	
	Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию — 24 месяца	Соответствие
	В течение гарантийного периода Поставщик должен обеспечить устранение дефектов производителя за свой счёт	Соответствие
	В течение гарантийного периода Поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь)	Соответствие
	Постгарантийное обслуживание осуществляется через авторизованный сервисный центр по дополнительному договору	Соответствие
17.	Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров	
	Срок хранения медицинского оборудования и/или его комплектующих должен соответствовать требованиям производителя и нормативной документации. Условия хранения должны быть указаны в эксплуатационной документации и обеспечивать сохранность потребительских свойств изделия на протяжении всего срока хранения	соответствие
	Оборудование должно поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, влаги и воздействия окружающей среды при транспортировании и хранении	Соответствие
18.	Требования к году производства/выпуска товаров	Год выпуска товара — не ранее 2026 года
19.	Другие требование	
19.1.	Стандарты качества:	
	ISO 13485:	соответствие
	CE (опционально):	соответствие
	Копии сертификатов качества должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов.	представить
19.2.	Сервисный центр	
	Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса,	представить

№	Наименование параметров	Параметры
	контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра.	
	Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору	указать
19.3.	Регистрация	
	На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (<u>если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД</u>)	соответствие

* Технические характеристики, указанные в настоящем техническом задании, являются сравнительными (ориентировочными) показателями и предназначены для определения функциональных, технических и качественных характеристик медицинского оборудования. Участники вправе предложить медицинское оборудование с иными техническими характеристиками, отличающимися от указанных в техническом задании, при условии, что такое оборудование обеспечивает аналогичные или лучшие функциональные, эксплуатационные и качественные показатели и полностью соответствует назначению оборудования и потребностям заказчика. Оценка соответствия предложенного оборудования указанным требованиям осуществляется экспертами на основании представленных участником документов, технических характеристик и иных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям технического задания.

* участник торгов должен предоставить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара), при этом участник должен заполнить каждый пункт в соответствии с техническим заданием, ссылаясь на подтверждающий документ.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
794058-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

05.10.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 05.10.2026 йил соат 10:39:35 да "ТИФ ТН коди – 9402900000", "маҳсулот номи – Операционный стол электрический" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 2059 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 05.10.2026 йил соат 10:39:35 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

9402900000 - Tibbiy, jarroxlik, stomatologiya, yoki veteranariya mebellari (masalan, operatsiya stollari, ko'rik stollari, mexanik vositalar bilan jihozlangan kasalxona yotoqlari, stomatologik stullar) aylanma va bir vaqtning o'zida egilish va ko'tarish vositalariga ega sartaroshlar uchun stullar va shunga o'xshash stullar: boshqalar

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

31.01.12.110-00003
31.01.12.122-00002
31.01.12.110-00006
31.02.10.110-00001
31.01.11.150-00001
31.01.10.001-00001
27.51.30.000-00001
31.09.12.131-00001
31.01.10.000-00001
31.01.10.000-00003
31.01.12.121-00001
31.01.12.110-00002
21.31.17.190-00005
14.12.30.190-00009
31.09.12.131-00003
31.01.12.110-00004
31.01.12.122-00005
28.22.11.112-00002
28.22.14.122-00001
21.31.17.190-00002
31.01.12.160-00001
31.01.12.122-00004
31.09.10.000-00018
31.01.11.150-00003
31.02.10.110-00002
31.01.10.002-00001
31.01.12.122-00003
31.01.12.110-00005
31.01.12.129-00003
31.09.12.132-00001
02.10.11.252-00005
31.09.13.190-00008
31.01.12.129-00001
31.09.14.110-00001
31.09.12.131-00004
13.92.13.111-00001
31.01.11.150-00012
32.30.15.115-00002
31.09.12.131-00002
32.99.53.130-00049
31.01.12.190-00014
31.09.13.149-00001
31.01.12.139-00003
31.09.10.000-00007
31.01.12.190-00015
28.22.14.121-00001
31.01.12.190-00012
22.21.42.110-00002
31.01.12.110-00001
31.01.13.000-00003
13.92.12.161-00001
31.01.12.129-00002
22.40.12.101-00004

Операционный стол электрический

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Оферталарда кўрсатилган товарлар Буюртмачи томонидан харид қилиниши белгиланган товарларга нисбатан белгиланган техник талабларга, шунингдек, мазкур товарлар учун назарда тутилган техник ва функционал хусусиятларга мувофиқ эмас.).



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
794857-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

05.10.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 05.10.2026 йил соат 11:29:27 да "ТИФ ТН коди – 9018908409", "маҳсулот номи – Лампа бестеневая операционная" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 1087 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 05.10.2026 йил соат 11:29:27 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
9018908409 - Tibbiyotda, jarrohlikda, stomatologiyada yoki veterinariyada qo'llaniladigan uskuna va qurilmalar, shu jumladan ssintigrafik apparatura, boshqa elektrotibbiy apparatura va ko'rishni tekshirish uchun uskunalar: asbob va uskunalar, boshqalar: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 27.40.15.150-00001 21.31.16.110-00001 21.32.18.150-00001 21.32.17.210-00001 21.32.17.110-00001 21.31.18.200-00001 21.32.17.150-00001 21.31.23.110-00001 21.31.13.220-00002 21.32.17.240-00006 21.32.17.120-00001 21.31.18.150-00001 32.30.14.114-00003 21.31.18.200-00002 13.92.13.111-00001 21.31.18.290-00001	Лампа бестеневая операционная

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Оферталарда кўрсатилган товарлар Буюртмачи томонидан харид қилиниши белгиланган товарларга нисбатан белгиланган техник талабларга, шунингдек, мазкур товарлар учун назарда тутилган техник ва функционал хусусиятларга мувофиқ эмас.).

