

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку пластиковых контейнеров для сбора и хранения крови на 2026 год во исполнение
ПП-19 от 20.01.2026 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию службы крови в 2026–
2030 годах»

№	Наименование параметра	Требование Заказчика
1	1. Общие сведения	
1.1	Модель (полное наименование)	Указать
1.2	Производитель	Указать
1.3	Страна происхождения	Указать
1.4	Описание товара	Одноразовые пластиковые контейнеры для сбора и хранения донорской крови
1.5	Назначение товара	Заготовка крови, удаление лейкоцитов, разделение на компоненты, хранение, транспортировка и переливание
1.6	Цель приобретения товара	Обеспечение республиканских, областных и городских служб крови медицинскими изделиями.
1.7	Нормативное основание для закупа	ПП-19 от 20.01.2026 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию службы крови в 2026 — 2030 годах»
1.8	Требования к страхованию товара:	согласно условиям поставки.
2	Технические характеристики	
2.1	Тип	Пятерная, «верх-вниз»
2.2	Объем контейнеров	450/400/400/400 мл, тип «верх-вниз» которые взаимосвязаны через полимерные трубки. Каждый мешок имеет два входных отверстия.
2.3	Объем первичного контейнера	≥ 450 мл
2.4	Преддонорский мешок	≥ 30 мл, чтобы минимизировать риск бактериального загрязнения полученной крови.
2.5	Антикоагулянт/добавочный раствор	CPD/SAGM или эквивалент
2.6	Объем антикоагулянта	63 мл
2.7	Объем добавочного раствора	100 мл
2.8	Лейкоцитарный фильтр	Между четвертым и пятым полимерными контейнерами встроен лейкоцитарный фильтр с твердым или мягким корпусом (для эритроцитарной взвеси), перед фильтрацией - не требует предварительной подготовки (увлажнения). Метод фильтрации - гравитационный, механический.
2.9	Донорская игла	Донорская игла 16G. Иглы должны быть защищены пластиковыми колпачками с пломбой. Игла должна иметь защитный колпачок, ультратонкие стенки, тройную заточку и силиконизированное покрытие для обеспечения максимального уровня кровотока и минимизации неприятных ощущений у донора. Протектор использованной иглы должен быть

№	Наименование параметра	Требование Заказчика
		устойчив к механическим воздействиям и изготовлен из твёрдого пластика или аналогичного материала.
2.10	Длина донорской магистрали	≥ 120 см
2.11	Диаметр магистрали	внутренний диаметр $\sim 3,1$ мм, внешний диаметр не менее 4,5 мм.
2.12	Материал	Медицинский ПВХ со специальным пластификатором, обеспечивающий высокую надежность швов (единый шов дна и стенок контейнера), эластичность и износостойкость материала контейнеров.
2.13	Мешок для тромбоцитов	Должен быть выполнен из кислород проницаемого материала (обеспечивающего срок хранения тромбоцитов до 5 дней).
2.14	Стерильность	Стерильно, апиrogenно, нетоксично
2.15	Этикетка на контейнере	Наличие фиксированной этикетки, предназначенной для внесения донорской информации шариковой ручкой либо иным пишущим средством, а также для наклеивания этикетки, распечатанной на компьютере.
2.16	Адаптер для пробирок	Наличие защитной крышки, предназначенной для предотвращения контаминации остаточной кровью и обеспечения защиты медицинского персонала. Крышка не должна разрушаться (раскалываться, рассыпаться) в упаковке и должна быть плотно зафиксирована на адаптере. Адаптер должен быть совместим со всеми типами вакуумных пробирок
2.17	Сломный клапан	Должно быть не менее 4-х, адаптированы для работы с автоматическим сепаратором
3	Требования к упаковке и транспортировке	
3.1	Маркировка	В соответствии с законодательством РУз
3.2	Вторичная упаковка	Стерильные наборы контейнеров должны быть упакованы во вторичную упаковку из металлизированной фольги для защиты антикоагулянта и добавочного раствора от солнечного света. Количество первичных упаковок во вторичной - не более двух. Срок годности контейнеров при открытии вторичной упаковки – не менее 15 суток
3.3	Температурный режим хранения	Исполнитель обязан обеспечить упаковку, предохраняющую товар от любых повреждений при его транспортировке с учётом возможных многократных перегрузок в пути, а также при длительном хранении при температурном режиме от +10 °C до +25 °C.
3.4	Условия транспортировки	Исполнитель обязан обеспечить доставку товара до пункта назначения с

№	Наименование параметра	Требование Заказчика
		соблюдением температурного режима в пути, соответствующего требованиям производителя и исключающего порчу товара вследствие перепадов температуры и иных атмосферных воздействий. В случае выявления дефектов при распаковке товара Заказчик вправе отказаться от его приёмки, а Исполнитель обязан заменить товар по гарантии.
4	Требования к состоянию товара	
4.1	Состояние	Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не снятым с производства. Поставка выставочных образцов не допускается.
4.2	Год выпуска	Не ранее 2026 года
4.3	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	Согласно техническому документу производителя
5	Количество и поставка	
5.1	Количество	50 000 шт.
5.2	Сроки поставки	Срок поставки – не более 180 календарных дней со дня вступления договора в силу. Место поставки: - Для отечественных исполнителей: 180 дней со дня осуществления предоплаты. Датой поставки является дата передачи продукции Заказчику (дата, указанная в счете-фактуре); - Для иностранных исполнителей: 180 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата ввоза продукции в Республику Узбекистан (отметки таможенных органов Республики Узбекистан в ТН); - Для отечественных поставщиков: DDP - склад Заказчика в Ташкенте (согласно условиям Инкотермс 2020); - Для иностранных поставщиков: DAP - Ташкент (согласно условиям Инкотермс 2020).
5.3	Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара	Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями.
5.4	Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования	В соответствии с требованиями ГОСТ 31597 и/или другими нормативно-техническими документами, применяемыми к данному виду продукции и действующими на территории Республики Узбекистан.
5.5	Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам	Не предусмотрено
5.6	Требования к обучению персонала	Не предусмотрено
6	Срок годности	

№	Наименование параметра	Требование Заказчика
6.1	Общий срок годности	≥ 24 мес. (предпочтительно 36 мес.)
6.2	Остаточный срок на дату поставки	≥ 80 %
7	Документы, предоставляемые с товаром	
7.1	Инструкция	На русском и/или узбекском языке
7.2	счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика;	Обязательно
7.3	транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика (оригинал и копия);	Обязательно
7.4	упаковочные листы (оригинал и копия);	Обязательно
7.5	акт приема – передачи Товара;	Обязательно
7.6	Сертификат происхождения	Обязательно
7.7	экспортная грузовая таможенная декларация, с указанием общей фактурной стоимости отгруженного товара;	Обязательно
7.8	Сертификат качества	Обязательно
7.9	Сертификат соответствия	При необходимости
7.10	страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020).	Обязательно
7.11	Также вместе с товаром должна быть передана документация по его применению. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском или узбекском языке и передана Заказчику одновременно с поставляемым товаром.	Обязательно
7.12	Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту)	Не предусмотрено
8	Стандарты качества	
8.1	ISO 9001	Обязательно
8.2	ISO 13485	Обязательно
8.3	CE	При наличии
8.4	Копии сертификатов качества должны быть представлены в составе конкурсного предложения и заверены подписью уполномоченного лица и печатью участника торгов (при наличии печати).	Обязательно
9	Регистрация	
9.1	Государственная регистрация	Регистрация в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» (при необходимости)
10	Другие требование	В целях расширения круга участников закупочной процедуры, будут рассматриваться также аналогичные по функциональности либо не уступающие по характеристикам товары, исходя из целей и задач заказчика

Участник торгов обязан представить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т. п. либо иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого

товара). При этом участник обязан заполнить каждый пункт в соответствии с требованиями технического задания с указанием ссылки на подтверждающий документ.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
731322-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

24.08.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 24.08.2026 йил соат 17:44:33 да "ТИФ ТН коди – 9018905001", "маҳсулот номи – гемоконтейнер 5 қопчали" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 5 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 24.08.2026 йил соат 17:44:33 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
9018905001 - Tibbiyotda, jarrohlikda, stomatologiyada yoki veterinariyada qo'llaniladigan uskuna va qurilmalar, shu jumladan ssintigrafik apparatura, boshqa elektrotibbiy apparatura va ko'rishni tekshirish uchun uskunalar: asbob va uskunalar, boshqalar: qon quyish uchun apparatura: qon, qonni o'rnini bosuvchi va infuzion eritmalarini quyish vaolish uchun sistemalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 21.32.13.200-00002 21.32.13.200-00003	гемоконтейнер 5 қопчали

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 5 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqqa muvofiq emasligi aniqlandi).

