

ЛОТ 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для медицинского оборудования 1.1. «Гинекологическое кресло», планируемых к
централизованному закупку на 2026г., во исполнение Указа Президента Республики
Узбекистан №УП-88 от 19.05.2025г.

№	Наименование параметров:	Параметры
	Наименование товара: Гинекологическое кресло	
	Модель: (полное и точное наименование).	указывается участником
	Производитель: (полное и точное наименование).	указывается участником
	Страна происхождения:	указывается участником
1	Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства)	Специализированное медицинское оборудование, предназначенное для комфортного и безопасного проведения осмотров, диагностических процедур и лечебных манипуляций в области гинекологии.
2	Цели приобретения товаров:	Для обеспечения медицинского учреждения надежным и удобным оборудованием для проведения гинекологических осмотров, диагностики и лечебных процедур с максимальным комфортом для пациента и врача.
3	Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	Указ Президента Республики Узбекистан №УП-88 от 19.05.2025г. Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 27 февраля 2026 года №74
4	Требования к необходимости страхования товаров	Поставщик обязан обеспечить страхование товара на весь период его транспортировки в соответствии с условиями поставки в тендерной документации по Инкотермс-2020. В случае отсутствия обязанности страхования товара, поставщик обязан предоставить покупателю, по его просьбе, на его риск и за его счет (при наличии расходов), необходимую покупателю информацию для получения страхования.
5	Требования к техническим характеристикам товара	
5.1	Кресло, предназначенное для проведения гинекологических осмотров, диагностических процедур и лечебных манипуляций	Соответствие
5.2	Длина кресла, не менее:	1800 мм
5.3	Ширина кресла, не менее:	500 мм

5.4	Ширина лежа (обивка), не менее:	500 мм
5.5	Размер сиденья, не менее:	400 х 500 мм
5.6	Размер спинной секции, не менее:	750 х 550 мм
5.7	Минимальная высота сиденья, не менее	650 мм
5.8	Максимальная высота сиденья, не менее:	850 мм
5.9	Диапазон регулировки высоты, не менее:	220 мм
5.10	Угол подъема спинной секции, не менее:	70°
5.11	Угол спуска ножной секции, не менее:	80°
5.12	Наклон сиденья:	Наличие
5.13	Регулировка высоты: электропривод, тип управления — кнопочный (ручной или ножной)	Соответствие
5.14	Регулировка секций: плавная регулировка с фиксацией положения	Соответствие
5.15	Регулировка наклонов	Наличие
5.16	Конструкция металлический каркас с защитным покрытием	Соответствие
5.17	Основание закрытая конструкция (пластик или аналогичный материал)	Соответствие
5.18	Максимальная нагрузка, не менее:	150 кг
5.19	Крепления для аксессуаров: элементы для установки дополнительных принадлежностей	Наличие
5.20	Возможность установки подлокотников и иных принадлежностей	Соответствие
5.21	Обивка влагостойкая, устойчивая к дезинфицирующим средствам	Соответствие
5.22	Конструктивные элементов для установки оборудования	Наличие
5.23	Электропитание:	220 В ±10%, 50 Гц
5.24	Стандартный сетевой кабель	Н аличие
	Комплектация:	
	Электродвигатель для регулировки положений кресла	Наличие
	Пульт дистанционного управления	1 шт.
	Подлокотники с мягкими насадками, не менее	2 шт.
	Опоры для ног, для фиксации ног пациента, не менее	2 шт.
	Ёмкость (таз) из нержавеющей стали	1 шт.
	Колеса (ролики) с механизмом фиксации:	4 шт.
6	Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара	Маркировка товаров осуществляется в порядке, установленном законодательством. Закупаемое медицинское оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Если при распаковке товара определяются дефекты Заказчик имеет права отказаться от принятия товара и поставщик должен заменить по гарантии.
7	Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не	Товар должен быть новым, ранее не использованным, не

	предусмотрено описанием государственной закупки	восстановленным и не находившимся в эксплуатации. Не допускается поставка выставочных образцов.
8	Требования по комплектации	
8.1	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа.	указать
8.2	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении.	указать
9.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	
	Согласно нормативным и техническим документам производителя и заказчика, указанные в проекте договора	соответствие
10.	Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара	Материалы и комплектующие должны обеспечивать безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования. Расходы на запасные части и расходные материалы в гарантийный период включаются в стоимость поставки в соответствии с пунктом 8 настоящего ТЗ.
11.	Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования	
	Товар должен соответствовать всем государственным нормативным документам, которые действительны на территории Республики Узбекистан.	предоставить
12.	Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок	Количество 24 шт. Для отечественных поставщиков: DDP склад Покупателя в г. Ташкенте; Для иностранных поставщиков: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). Для отечественных исполнителей: 90 дней со дня проведения предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Покупателю (дата, указанная на счёт фактуре). Для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан

		(отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).
13.	Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам	
	Приемка поставленного товара осуществляется путем контроля целостности и комплектности поставляемого товара, а также соответствия требованиям настоящего технического задания. С целью принятия результатов работ (услуг), Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию. Совместно с предъявлением Приемочной комиссией товара (работ, услуг), производится сдача разработанного Поставщиком комплекта документации, перечня и требований к оформлению и иными и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан. По итогам сдачи приема выполненных работ подписывается двухсторонний акт. Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его допоставкой, производятся за счет Поставщика. При возврате товара по рекламации Заказчика и допоставке продукции Поставщиком все расходы несет Поставщик.	соответствие
14.	Требования к обучению персонала	
	Обучение должно быть на русском или узбекском языке.	соответствие
	Обучение персонала должно происходить централизованно на базе заказчика (допускается дистанционное онлайн обучение)	соответствие
	Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. (не менее для 2-ух специалистов)	соответствие
15.	Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром	
	Инструкция по эксплуатации, по техническому обслуживанию (на русском или на узбекском языке)	соответствие
	Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы: • счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика; • транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика (оригинал и копия); • упаковочные листы (оригинал и копия); • акт приема – передачи Товара; • сертификат происхождения; сертификат качества • сертификат соответствия (при необходимости) • страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020). Также, вместе с товаром должна быть передана документация по применению.	соответствие

	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке или узбекском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.	
16.	Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту)	
	Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: не менее 12 месяцев	соответствие
	В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь).	соответствие
17.	Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров	
	Срок хранения медицинского оборудования и/или его комплектующих должен соответствовать требованиям производителя и нормативной документации. Условия хранения должны быть указаны в эксплуатационной документации и обеспечивать сохранность потребительских свойств изделия на протяжении всего срока хранения.	соответствие
	Оборудование должно поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, влаги и воздействия окружающей среды при транспортировании и хранении.	соответствие
18.	Требования к году производства/выпуска товаров	Год выпуска товара - не ранее 2026 года
19.	Другие требование	
19.1.	Стандарты качества:	
	ISO 13485:	соответствие
	CE (опционально):	соответствие
	Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов.	представить
19.2.	Сервисный центр	
	Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра.	представить
	Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору	указать
19.3.	Регистрация	
	На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической	соответствию

	продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (<u>если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД</u>)	
--	---	--

** участник торгов должен предоставить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара), при этом участник должен заполнить каждый пункт в соответствии с техническим заданием, ссылаясь на подтверждающий документ*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для медицинского оборудования 1.2. «Операционный стол», планируемых к централизованному закупку на 2026г., во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан №УП-88 от 19.05.2025г.

№	Наименование параметров:	Параметры
	Наименование товара: Операционный стол	
	Модель: (полное и точное наименование).	указывается участником
	Производитель: (полное и точное наименование).	указывается участником
	Страна происхождения:	указывается участником
1	Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства)	Предназначен для обеспечения оптимального положения пациента и удобного доступа хирурга при проведении хирургических вмешательств различной сложности.
2	Цели приобретения товаров:	Для обеспечения безопасных и эффективных условий проведения хирургических вмешательств с возможностью точной позиционировки пациента.
3	Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	Указ Президента Республики Узбекистан №УП-88 от 19.05.2025г. Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 27 февраля 2026 года №74
4	Требования к необходимости страхования товаров	Поставщик обязан обеспечить страхование товара на весь период его транспортировки в соответствии с условиями поставки в тендерной документации по Инкотермс-2020. В случае отсутствия обязанности страхования товара, поставщик обязан предоставить покупателю, по его просьбе, на его риск и за его счет (при наличии расходов), необходимую покупателю информацию для получения страхования.
5	Требования к техническим характеристикам товара	
5.1	Тип привода:	Электрический
5.2	Материал стола несущая конструкция из:	коррозионностойкой

		нержавеющей стали, обеспечивающей эксплуатацию в условиях, предусмотренных настоящим техническим заданием
5.3	Привод стола: Электрический привод для быстрой и комфортной регулировки нужных положений различных сегментов, включая высоту и углы наклона	Соответствие
5.4	Функции управления стола: Возможность управление столом с помощью пульта дистанционного управления	Соответствие
5.5	Педальное управление: Мобильное основание с практичным педальным тормозом	Соответствие
5.6	Конструкция операционного стола состоит из следующих компонентов: Спинная секция; Опора для ног; Тазовая пластина; Ручка для почечного моста; Пульт дистанционного управления; Основание стола; Ножная педаль.	Соответствие
5.7	Грузоподъемность стола, должен быть не менее	200 кг
5.8	Конструкция секций: Возможность оперативного отсоединения ножной секции, с последующим подключением по мере необходимости	Соответствие
5.9	Матрас столешницы: должен быть изготовлен из современных материалов	Соответствие
5.10	Возможность применения вместе с рентгеновскими аппаратами:	Рентгенопрозрачный
	Параметры операционного стола:	
5.11	Длина стола, не менее:	2000±100 мм
5.12	Ширина стола, не менее:	500±20 мм
5.13	Минимальная высота, не менее:	750 мм
5.14	Максимальная высота, не менее:	1000 мм
	Позиции операционного стола:	
5.15	Положение Тренделенбурга, не менее:	15°
5.16	Положение Антитренделенбурга, не менее:	15°
5.17	Боковой наклон влево, не менее:	15°
5.18	Боковой наклон вправо, не менее:	15°
5.19	Наклоны головной секции вверх, не менее:	45°
5.20	Наклоны головной секции вниз, не менее:	80°
5.21	Наклоны спиной секции вверх, не менее:	70°
5.22	Наклоны спиной секции вниз, не менее:	25°
5.23	Наклоны ножной секции вверх, не менее:	20°
5.24	Наклоны ножной секции вниз, не менее:	80°
5.25	Наклоны ножной секции наружу, не менее:	150°
5.26	Подъем талии, не менее:	100 мм
5.27	Тип регулировки секций	Электрическая
5.28	Тип ножных секций	Раздельные и съемные
5.29	Наличие рентгенопрозрачной столешницы	Наличие
5.30	Наличие боковых направляющих	Для аксессуаров
5.31	Тип тормозной системы	Ножной механический тормоз
	Электропитание:	
5.32	Электропитание: 220 В ± 10%, 50 Гц; потребляемая мощность не менее 300 ± 10% ВА	Соответствие
5.33	Сетевой кабель, разъём евростандарт;	Соответствие
	Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы):	
	Основной стол.	
	Рамка для анестезии, не менее:	1 шт.

	Опора для плеч, не менее:	2 шт.
	Поддержка для талии, не менее:	2 шт.
	Опора для рук, не менее:	2 шт.
	Опора для ног, не менее:	2 шт.
	Ножная пластина, не менее:	2 шт.
	Дистанционный пульт управления, не менее:	1 шт.
	Шнур питания, не менее:	1 шт.
6	Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара	Маркировка товаров осуществляется в порядке, установленном законодательством. Закупаемое медицинское оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Если при распаковке товара определяются дефекты Заказчик имеет права отказаться от принятия товара и поставщик должен заменить по гарантии.
7	Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки	Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не находившимся в эксплуатации. Не допускается поставка выставочных образцов.
8	Требования по комплектации	
8.1	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа.	указать
8.2	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении.	указать
9.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	
	Согласно нормативным и техническим документам производителя и заказчика, указанные в проекте договора	соответствие
10.	Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара	Материалы и комплектующие должны обеспечивать безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования. Расходы на запасные части и расходные материалы в гарантийный период

		включаются в стоимость поставки в соответствии с пунктом 8 настоящего ТЗ.
11.	Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования	
	Товар должен соответствовать всем государственным нормативным документам, которые действительны на территории Республики Узбекистан	предоставить
12.	Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок	Количество 106 шт. Для отечественных поставщиков: DDP склад Покупателя в г. Ташкенте; Для иностранных поставщиков: DAP-Ташкент (Incoterms 2020). Для отечественных исполнителей: 90 дней со дня проведения предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Покупателю (дата, указанная на счёт фактуре). Для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в Республику Узбекистан (отметка таможенных органов Республики Узбекистан на ТТН).
13.	Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам	
	Приемка поставленного товара осуществляется путем контроля целостности и комплектности поставляемого товара, а также соответствия требованиям настоящего технического задания. С целью принятия результатов работ (услуг), Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию. Совместно с предъявлением Приемочной комиссией товара (работ, услуг), производится сдача разработанного Поставщиком комплекта документации, перечня и требований к оформлению и иными и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан. По итогам сдачи приема выполненных работ подписывается двухсторонний акт. Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его допоставкой, производятся за счет Поставщика. При возврате товара по рекламации Заказчика и допоставке продукции Поставщиком все расходы несет Поставщик.	соответствие
14.	Требования к обучению персонала	
	Обучение должно быть на русском или узбекском языке.	соответствие
	Обучение персонала должно происходить централизованно на базе заказчика (допускается дистанционное онлайн обучение)	соответствие
	Обучение должно включать теоретический и практический	соответствие

	курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. (не менее для 2-ух специалистов)	
15.	Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром	
	Инструкция по эксплуатации, по техническому обслуживанию (на русском или на узбекском языке)	соответствие
	Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы: • счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика; • транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика (оригинал и копия); • упаковочные листы (оригинал и копия); • акт приема – передачи Товара; • сертификат происхождения; сертификат качества • сертификат соответствия (при необходимости) • страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020). Также, вместе с товаром должна быть передана документация по применению. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке или узбекском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.	соответствие
16.	Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту)	
	Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: не менее 12 месяцев	соответствие
	В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить проезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь).	соответствие
17.	Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров	
	Срок хранения медицинского оборудования и/или его комплектующих должен соответствовать требованиям производителя и нормативной документации. Условия хранения должны быть указаны в эксплуатационной документации и обеспечивать сохранность потребительских свойств изделия на протяжении всего срока хранения.	соответствие
	Оборудование должно поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, влаги и воздействия окружающей среды при транспортировании и хранении.	соответствие
18.	Требования к году производства/выпуска товаров	Год выпуска товара - не ранее 2026 года
19.	Другие требование	
19.1.	Стандарты качества:	
	ISO 13485:	соответствие
	CE (опционально):	соответствие
	Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов.	представить

19.2.	Сервисный центр	
	Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра.	представить
	Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору	указать
19.3.	Регистрация	
	На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (<u>если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД</u>)	соответствие

** участник торгов должен предоставить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара), при этом участник должен заполнить каждый пункт в соответствии с техническим заданием, ссылаясь на подтверждающий документ*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг 4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар томонидан ўрганилганлиги ҳақида 730237-сонли МАЪЛУМОТНОМА

24.08.2026 й. Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 24.08.2026 йил соат 11:54:23 да "ТИФ ТН коди – 9402900000", "маҳсулот номи – Гинекологическое кресло" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 360 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 24.08.2026 йил соат 11:54:23 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
9402900000 - Tibbiy, jarroxlik, stomatologiya, yoki veteranariya mebellari (masalan, operatsiya stollari, ko'rik stollari, mexanik vositalar bilan jihozlangan kasalxona yotoqlari, stomatologik stullar) aylanma va bir vaqtning o'zida egilish va ko'tarish vositalariga ega sartaroshlar uchun stullar va shunga o'xshash stullar: boshqalar Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 31.01.11.150-00006 31.09.12.119-00001 21.31.17.190-00002 31.09.10.000-00012 31.01.11.150-00016 31.09.12.111-00001 31.09.13.149-00002 21.31.17.130-00001 31.01.11.150-00001 21.32.17.110-00001 31.09.12.129-00004 31.09.10.000-00031 21.31.23.130-00001 21.31.17.190-00006 31.01.12.190-00012 31.01.12.160-00004	Гинекологическое кресло

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Ушбу тиббий жиҳозга оид new.cooperation.uz электрон платформасида O1859071 ва O1859212 оферталарда келтирилган маълумотларда техник параметрлар тўлиқ акс эттирилмаган ҳамда мазкур техник кўрсаткичлар Буюртмачи томонидан белгиланган техник топшириқда назарда тутилган талабларга тўлиқ мувофиқ келмайди ва қолган офертада кўрсатилган товарлар Буюртмачи томонидан харид қилиниши белгиланган товарларга нисбатан белгиланган техник талабларга, шунингдек, мазкур товарлар учун назарда тутилган техник ва функционал хусусиятларга мувофиқ эмас.).



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
730627-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

24.08.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 24.08.2026 йил соат 14:27:48 да "ТИФ ТН коди – 9402900000", "маҳсулот номи – Операционный стол" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 1783 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 24.08.2026 йил соат 14:27:48 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

9402900000 - Tibbiy, jarroxlik, stomatologiya, yoki veteranariya mebellari (masalan, operatsiya stollari, ko'rik stollari, mexanik vositalar bilan jihozlangan kasalxona yotoqlari, stomatologik stullar) aylanma va bir vaqtning o'zida egilish va ko'tarish vositalariga ega sartaroshlar uchun stullar va shunga o'xshash stullar: boshqalar

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

31.01.10.000-00001
31.01.12.110-00002
31.01.10.000-00003
31.01.12.110-00005
31.01.12.110-00004
31.01.12.122-00003
31.02.10.110-00001
31.01.12.122-00002
31.01.12.122-00005
21.31.17.190-00002
31.01.12.121-00001
32.99.53.130-00049
31.01.12.190-00014
31.09.12.132-00001
31.09.10.000-00007
31.01.12.110-00006
31.09.12.131-00003
31.01.12.110-00003
21.31.17.190-00005
31.01.10.002-00001
31.01.13.000-00003
31.09.12.131-00004
31.02.10.110-00002
32.30.15.115-00002
31.09.12.131-00001
22.29.23.110-00002
31.01.12.129-00001
31.09.13.190-00008
13.92.13.111-00001
31.01.12.122-00004
31.01.12.129-00003
31.09.10.000-00024
31.01.12.110-00001
22.21.42.110-00002
14.12.30.190-00009
31.01.12.190-00015
31.01.12.129-00002
31.09.10.000-00018
32.40.42.191-00004
21.31.17.190-00004
25.99.99.217-00001
21.31.17.190-00001
31.01.12.190-00012
31.01.12.122-00001
13.92.12.161-00001
13.92.14.000-00001
31.01.12.139-00003
31.09.12.131-00002
21.31.17.230-00001
31.09.11.190-00012
31.09.12.124-00001
21.20.44.121-00066
22.20.15.200-00006

Операционный стол

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Оферталарда кўрсатилган товарлар Буюртмачи томонидан харид қилиниши белгиланган товарларга нисбатан белгиланган техник талабларга, шунингдек, мазкур товарлар учун назарда тутилган техник ва функционал хусусиятларга мувофиқ эмас.).

