



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
TOIFALANGAN OBYEKTЛАRNI QO'RIQLASH QO'SHINLARI QO'MONDONLIGI
700206, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Yangishahar k., 17- uy.

2026-yil 30 09

49/2273- sonli

INGALYATOR (NEBULAYZER) UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ:

- 1 Qo'llanish sohasi: Ingalatsion terapiya
- 2 Ishlash prinsipi: Ultratovushli tebranish yordamida eritmani aerosolga aylantirish
- 3 Nebulizatsiya tezligi: $\geq 0,2$ ml/min
- 4 Dori rezervuari hajmi: ≥ 5 ml
- 5 Elektr ta'minoti: **220–240 V, 50 Hz**
- 6 Shovqin : Tibbiy muassasada foydalanish uchun maqbul
- 7 Tozalash: Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga muvofiq tozalash va dezinfeksiya qilish. imkoniyati.
- 8 Mahsulot holati: Yangi, foydalanilmagan
- 9 Kafolat muddati: 1 yil.

Har bir dona qurilma quyidagi komplektda yetkazib berilishi kerak:

- 1 Ultratovushli ingalyator — 1 dona
- 2 Dori eritmasi uchun rezervuar/idish — 1 dona yoki ishlab chiqaruvchi standartiga muvofiq.
- 3 Kattalar uchun niqob — 1 dona
- 4 Bolalar uchun niqob — 1 dona
- 5 Og'iz mundshtugi — 1 dona
- 6 Zarur ulash qismlari — komplektda
- 7 Elektr kabeli yoki quvvat adapteri — komplektda
- 8 Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma — 1 dona
- 9 Kafolat hujjati — 1 dona



TONOMETR FONENDOSKOPI BILAN TEXNIK TOPSHIRIG'I:

- 1 Qurilma turi Mexanik, noavtomatik tonometr
- 2 O'lchash usuli Manjetkadagi bosimni mexanik manometr yordamida o'lchash
- 3 Bosim o'lchash diapazoni **Kamida 0–290 mmHg**
- 4 Bosim o'lchash aniqligi **± 3 mmHg dan oshmasligi**
- 5 Shkala Aniq va o'qishga qulay, qiymatlar mmHg da ko'rsatilgan
- 6 Manometr turi Mexanik, analog ko'rsatkichli
- 7 Manometr korpusi Mustahkam, tibbiy foydalanishga mos
- 8 Havo chiqarish klapani Nazorat qilinadigan, silliq havo chiqarishni ta'minlovchi
- 9 Havo pompasi Qo'lda ishlatiladigan rezina balloncha (grusha)
- 10 Havo tizimi Germetik, havo sizib chiqishining oldini oluvchi

11 Manjetka Kattalar uchun

12 Manjetka materiali Tibbiy foydalanishga mos, mustahkam va tozalashga yaroqli

Har bir dona tonometr quyidagi komplektda yetkazib berilishi kerak:

1. Mexanik tonometr — 1 dona;
2. Kattalar uchun manjetka — 1 dona;
3. Havo pompasi (grusha) — 1 dona;
4. Havo shlanglari — komplektda;
5. Stetoskop — 1 dona;
6. Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma — 1 dona;
7. Saqlash/qadoqlash g'ilofi — 1 dona;
8. Kafolat hujjati — 1 dona.



BAKTERIOSID KVARS LAMPASI JAMLANMASI UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ:

- 1 Qurilma turi Devor tipidagi bakteritsid ultrabinafsha nurlantirgich
- 2 Nurlanish turi Ultrabinafsha bakteritsid nurlanish
- 3 Ishchi to'liq uzunligi **253,7 nm (UVC)** yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan bakteritsid ta'sirga ega ekvivalent diapazon
- 4 Lampaning turi Bakteritsid UVC lampa
- 5 Elektr ta'minoti **220–240 V, 50 Hz**
- 6 O'rnatish turi Devorra o'rnatiladigan
- 7 Korpus materiali Mustahkam, tibbiy va maishiy foydalanishga mos material
- 8 Taymer Mavjud bo'lishi yoki ish vaqtini boshqarish imkoniyati
- 9 Ishlash indikatorini Qurilmaning ishlayotganini ko'rsatuvchi indikator mavjud
- 10 Elektr xavfsizligi Elektr toki urishidan himoyalangan talablariga javob berishi
- 11 Mahsulot holati: Yangi, foydalanilmagan
- 12 Kafolat muddati: 1 yil.

Har bir bakteriosid kvars lampasi jamlanmasi quyidagi komplektda yetkazib berilishi kerak:

- 1 Devor tipidagi bakteritsid UVC nurlantirgich — 1 dona;
- 2 Bakteritsid lampa — o'rnatilgan holatda;
- 3 Devorga mahkamlash uchun zarur moslamalar — komplektda;
- 4 Elektr kabeli — komplektda;
- 5 Zarur ulash elementlari — komplektda;
- 6 Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma — 1 dona;
- 7 Kafolat hujjati — 1 dona.

TIBBIY TA'MINOT BO'LIMI BOSHIG'I

A. KUDRATOV