

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на централизованную закупку в 2026 году микрокатетеров для АВМ
для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга
в экстренных клинических ситуациях

№	Наименование раздела	Содержание	
1	Описание товара		
1.1	Микрокатетер для АВМ	Тип: потоко-направленный, с отделяемым дистальным кончиком (detachable-tip)	0,0165 inch
1.2	Область применения	Предназначен для эндоваскулярного лечения артериовенозных мальформаций (АВМ) головного мозга. Используется для потоко-направленной, контролируемой доставки жидких эмболизирующих агентов (Опух, Squid, НБКА) в нидус АВМ с возможностью безопасного отделения дистального кончика катетера при риске его фиксации в эмболизате.	
2	Цель закупки товара	Обеспечение доступности микрокатетеров для АВМ (с отделяемым дистальным кончиком) для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга в экстренных клинических ситуациях с целью безопасной эмболизации артериовенозных мальформаций, снижения инвалидизации и смертности от цереброваскулярных заболеваний.	
3	Основание для реализации проекта	Закупка осуществляется во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 «О совершенствовании мер профилактики острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний», предусматривающего обеспечение 100-процентной доступности расходных материалов и лекарственных средств для выполнения эндоваскулярных вмешательств в экстренных случаях.	
4	Требования к страхованию	Поставщик обеспечивает страхование товара в случаях, предусмотренных договором поставки и условиями Инкотермс 2020.	
5	Требования к техническим характеристикам	Устанавливаются в соответствии с условиями договора, заключаемого с заказчиком.	
5.1	Длина	не менее 150 см	
5.2	Тип	церебральный, с отделяемым дистальным кончиком (потоко-направленный)	
5.3	Размер внутреннего просвета	0,0165 inch	
5.4	Единица измерения	штука	
6	Требования к упаковке, маркировке и транспортировке		
6.1	Маркировка	Маркировка должна быть нанесена на упаковку и содержать наименование изделия, номер серии (лот), срок годности, условия хранения и сведения о производителе.	

6.2	Упаковка	Изделие должно поставляться в первичной и вторичной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На первичной упаковке должна быть нанесена надпись: « Sotish man etiladi ».		
6.3	Условия транспортировки	Транспортировка изделия медицинского назначения должна осуществляться в соответствии с требованиями производителя.		
7	Требование к новизне товара	Товар должен быть новым, ранее не использованным, поставляться в оригинальной неповреждённой упаковке производителя. Поставка выставочных и демонстрационных образцов не допускается.		
8	Требования к комплектации	Полная комплектация, предусмотренная производителем		
9	Требования к эксплуатации и обслуживанию	Согласно техническому документу производителя		
10	Дополнительные материалы и эксплуатационные расходы	Не предусмотрено		
11	Требования к соответствию техническим регламентам	В соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан		
12	Объёмы закупки	В соответствии с утверждённой потребностью.		
12.1	Микрокатетер для АВМ	0,0165 inch	штука	30
13	Сроки поставки	Срок поставки — 90 календарных дней. Для отечественных поставщиков — со дня осуществления предоплаты; для иностранных поставщиков — со дня открытия аккредитива. Для отечественных поставщиков — DDP, склад Заказчика (г. Ташкент). Для иностранных поставщиков — DAP, г. Ташкент (Инкотермс 2020).		
14	Монтажные и пусконаладочные работы	Не предусмотрено		
15	Требования к обучению персонала	Не предусмотрено		
16	Требования к документации			
16.1	Инструкция по применению	Инструкция должна быть на английском и/или русском и/или узбекском языках		
16.2	Перевод инструкции	Для незарегистрированных изделий медицинского назначения— поставщик государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом на государственный язык оригинальной инструкции		
17	Гарантийное и постгарантийное обслуживание	Не предусмотрено		
18	Требования к сроку годности			
18.1	Срок годности			

18.2	Остаточный срок годности товара	На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70 % от общего срока годности , установленного производителем.
18.3	Год производства	Не ранее 2026 года
19	Регистрация товара	
19.1	Регистрационное удостоверение	Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения)
19.2	При отсутствии регистрации	В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт
20	Другие требования к производителю	
20.1	ISO 13485	Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий)
20.2	CE, FDA	При наличии
20.3	Для местных производителей	Соответствие стандартам GxP
20.4	O'zDSt 2764 — GDP сертификат	Надлежащая дистрибьюторская практика (логистика и хранение)
20.5	O'zDSt 2763 — GSP сертификат	Надлежащая практика хранения

Участник закупочной процедуры обязан представить полный комплект технической документации производителя на предлагаемый товар (технические паспорта, каталоги, брошюры, инструкции по эксплуатации, спецификации и иные документы), содержащий исчерпывающее описание технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик медицинского изделия.

Каждый показатель, предусмотренный настоящим Техническим заданием, подлежит обязательному заполнению. Для каждого показателя участник обязан указать ссылку на соответствующий раздел, страницу или пункт документа производителя, подтверждающего соответствие предлагаемого товара установленным техническим требованиям.

Непредставление подтверждающих документов либо отсутствие ссылок на них рассматривается как неподтверждение соответствия предлагаемого товара требованиям настоящего Технического задания.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
750603-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

08.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 08.09.2026 йил соат 15:45:59 да "ТИФ ТН коди – 9018", "маҳсулот номи – микрокатетеров для АВМ для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 332 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 08.09.2026 йил соат 15:45:59 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

9018 - Tibbiyotda, jarrohlilikda, stomatologiyada yoki veterinariyada qo'llaniladigan uskuna va qurilmalar, shu jumladan ssintigrafik apparatura, boshqa elektrotibbiy apparatura va ko'rishni tekshirish uchun uskunalar: Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 21.32.17.210-00001 21.31.16.110-00001 21.32.13.249-00002 21.32.13.249-00001 21.32.14.110-00004 21.32.13.304-00002 21.32.13.110-00001 26.60.13.190-00007 21.31.18.200-00001 21.32.13.284-00001 21.32.13.243-00001 21.32.13.286-00001 21.32.13.310-00001 21.32.18.150-00001 21.32.17.150-00001 21.32.17.110-00001 21.32.13.213-00001 21.31.18.290-00001 21.31.23.110-00001 21.32.13.200-00003 21.32.13.200-00002 21.32.27.180-00001 21.32.19.190-00002 21.31.13.220-00002 21.31.16.120-00001 21.31.24.120-00002 21.31.18.150-00001 21.32.17.120-00001 21.32.17.240-00006 21.31.18.120-00002 21.31.13.220-00003 21.31.18.200-00002 21.31.13.120-00001 21.31.11.400-00004 21.31.12.300-00004 29.20.99.000-00001	микрокатетеров для АВМ для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга
---	--

Буюртмачи қолдирилган изох: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 332 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqqa muvofiq emasligi aniqlandi).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на централизованную закупку микропроводников для АВМ в 2026 году
для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и головного мозга
в экстренных клинических ситуациях

№	Наименование раздела	Содержание
1	Описание товара	
1.1	Микропроводник для АВМ	Тип: Нейро, мягкий дистальный кончик (soft-tip) 0,008 inch
1.2	Область применения	Предназначен для высокоточной, атравматичной навигации в мелких, извитых дистальных сосудах головного мозга при эндоваскулярном лечении артериовенозных мальформаций (АВМ), совместим с потоко-направленными микрокатетерами с отделяемым кончиком.
2	Цель закупки товара	Обеспечение доступности микропроводников для АВМ (мягкий дистальный кончик, 0,008 inch) для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга в экстренных клинических ситуациях с целью безопасной эмболизации артериовенозных мальформаций, снижения инвалидизации и смертности от цереброваскулярных заболеваний.
3	Основание для реализации проекта	Закупка осуществляется во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 «О совершенствовании мер профилактики острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний», предусматривающего обеспечение 100-процентной доступности расходных материалов и лекарственных средств для выполнения эндоваскулярных вмешательств в экстренных случаях.
4	Требования к страхованию	Поставщик обеспечивает страхование товара в случаях, предусмотренных договором поставки и условиями Инкотермс 2020.
5	Требования к техническим характеристикам	Устанавливаются в соответствии с условиями договора, заключаемого с заказчиком.
5.1	Длина	не менее 190 см
5.2	Диаметр внутреннего просвета	0,008 inch
5.3	Жесткость	Soft (мягкая)
5.4	Покрывтие	гидрофильное
5.5	Единица измерения	штука
6	Требования к упаковке, маркировке и транспортировке	
6.1	Маркировка	Маркировка должна быть нанесена на упаковку и содержать наименование изделия, номер серии (лот), срок годности, условия хранения и сведения о производителе.

6.2	Упаковка	Изделие должно поставляться в первичной и вторичной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На первичной упаковке должна быть нанесена надпись: « Sotish man etiladi ».		
6.3	Условия транспортировки	Транспортировка изделия медицинского назначения должна осуществляться в соответствии с требованиями производителя.		
7	Требование к новизне товара	Товар должен быть новым, ранее не использованным, поставляться в оригинальной неповреждённой упаковке производителя. Поставка выставочных и демонстрационных образцов не допускается.		
8	Требования к комплектации	Полная комплектация, предусмотренная производителем		
9	Требования к эксплуатации и обслуживанию	Согласно техническому документу производителя		
10	Дополнительные материалы и эксплуатационные расходы	Не предусмотрено		
11	Требования к соответствию техническим регламентам	В соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан		
12	Объёмы закупки	В соответствии с утверждённой потребностью.		
12.1	Микропроводник для АВМ	0,008 inch	штука	30
13	Сроки поставки	Срок поставки — 90 календарных дней. Для отечественных поставщиков — со дня осуществления предоплаты; для иностранных поставщиков — со дня открытия аккредитива. Для отечественных поставщиков — DDP, склад Заказчика (г. Ташкент). Для иностранных поставщиков — DAP, г. Ташкент (Инкотермс 2020).		
14	Монтажные и пусконаладочные работы	Не предусмотрено		
15	Требования к обучению персонала	Не предусмотрено		
16	Требования к документации			
16.1	Инструкция по применению	Инструкция должна быть на английском и/или русском и/или узбекском языках		
16.2	Перевод инструкции	Для незарегистрированных изделий медицинского назначения— поставщик государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом на государственный язык оригинальной инструкции		
17	Гарантийное и постгарантийное обслуживание	Не предусмотрено		
18	Требования к сроку годности			
18.1	Срок годности			

18.2	Остаточный срок годности товара	На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70 % от общего срока годности , установленного производителем.
18.3	Год производства	Не ранее 2026 года
19	Регистрация товара	
19.1	Регистрационное удостоверение	Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения)
19.2	При отсутствии регистрации	В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт
20	Другие требования для производителя	
20.1	ISO 13485	Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий)
20.2	CE, FDA	При наличии
20.3	Для местных производителей	Соответствие стандартам GxP
20.4	O'zDSt 2764 — GDP сертификат	Надлежащая дистрибьюторская практика (логистика и хранение)
20.5	O'zDSt 2763 — GSP сертификат	Надлежащая практика хранения

Участник закупочной процедуры обязан представить полный комплект технической документации производителя на предлагаемый товар (технические паспорта, каталоги, брошюры, инструкции по эксплуатации, спецификации и иные документы), содержащий исчерпывающее описание технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик медицинского изделия.

Каждый показатель, предусмотренный настоящим Техническим заданием, подлежит обязательному заполнению. Для каждого показателя участник обязан указать ссылку на соответствующий раздел, страницу или пункт документа производителя, подтверждающего соответствие предлагаемого товара установленным техническим требованиям.

Непредставление подтверждающих документов либо отсутствие ссылок на них рассматривается как неподтверждение соответствия предлагаемого товара требованиям настоящего Технического задания.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
750615-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

08.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 08.09.2026 йил соат 15:48:59 да "ТИФ ТН коди – 9018", "маҳсулот номи – микропроводников для АВМ для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и головного мозга тн взд " маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 449 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 08.09.2026 йил соат 15:48:59 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

9018 - Tibbiyotda, jarrohlilikda, stomatologiyada yoki veterinariyada qo'llaniladigan uskuna va qurilmalar, shu jumladan ssintigrafik apparatura, boshqa elektrotibbiy apparatura va ko'rishni tekshirish uchun uskunalar:

Klassifikator kodi (ma'lumot uchun):

21.32.17.210-00001
21.31.16.110-00001
21.32.13.249-00002
21.32.13.249-00001
21.32.14.110-00004
21.32.13.304-00002
21.32.13.110-00001
26.60.13.190-00007
21.31.18.200-00001
25.73.60.190-00002
21.32.13.284-00001
21.32.13.243-00001
21.32.13.286-00001
21.32.13.310-00001
20.59.52.191-00001
21.32.18.150-00001
21.32.17.150-00001
21.32.17.110-00001
21.32.13.213-00001
21.32.11.120-00001
13.20.44.120-00001
28.15.10.121-00001
21.31.18.290-00001
25.99.29.130-00001
25.21.12.000-00001
21.31.23.110-00001
21.32.13.200-00003
17.22.11.130-00001
21.32.13.200-00002
25.11.22.192-00005
28.11.41.000-00021
25.30.12.113-00003
21.32.27.180-00001
21.32.19.190-00002
21.31.13.220-00002
21.31.16.120-00001
25.73.60.120-00006
31.09.11.120-00007
29.10.59.310-00001
17.22.11.130-00003
31.01.12.110-00002
21.31.24.120-00002
31.01.12.150-00001
26.20.18.000-00005
21.31.18.150-00001
21.32.17.120-00001
21.32.17.240-00006
29.20.99.000-00001
21.31.18.120-00002
21.32.11.110-00002
21.31.13.220-00003
21.31.18.200-00002
29.10.51.000-00001
21.31.13.120-00001
21.01.12.122-00002

микропроводников для АВМ для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и головного мозга тн вэд

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 450 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqga muvofiq emasligi aniqlandi).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на централизованную закупку нейробаллонных катетеров в 2026 году
для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга
в экстренных клинических ситуациях

№	Наименование раздела	Содержание
1	Описание товара	
1.1	Нейробаллонный катетер	Тип-Нейроваскулярный комплаентный
1.3	Область применения	Для обеспечения безопасного сосудистого доступа, временной окклюзии сосудов головного мозга при проведении ангиографии, удаления тромбов (тромбэктомии), а также обеспечения поддержки при доставке эндоваскулярных инструментов.
2	Цель закупки товара	Обеспечение доступности комплаентных нейроваскулярных баллонных катетеров для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга в экстренных клинических ситуациях с целью восстановления кровотока, повышения эффективности лечения и снижения инвалидизации и смертности при острых цереброваскулярных заболеваниях.
3	Основание для реализации проекта	Закупка осуществляется во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 «О совершенствовании мер профилактики острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний», предусматривающего обеспечение 100-процентной доступности расходных материалов и лекарственных средств для выполнения эндоваскулярных вмешательств в экстренных случаях.
4	Требования к страхованию	Поставщик обеспечивает страхование товара в случаях, предусмотренных договором поставки и условиями Инкотермс 2020.
5	Требования к техническим характеристикам	Устанавливаются в соответствии с условиями договора, заключаемого с заказчиком.
5.1	Тип	неуго
5.2	Устройство	Одна/ двух просветный по запросу заказчика
5.3	Баллонная система	комплаентный
5.4	Единица измерения	штука
6	Требования к упаковке, маркировке и транспортировке	
6.1	Маркировка	Маркировка должна быть нанесена на упаковку и содержать наименование изделия, номер серии (лот), срок годности, условия хранения и сведения о производителе.
6.2	Упаковка	Изделие должно поставляться в первичной и вторичной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На первичной упаковке должна быть нанесена надпись: « Sotish man etiladi ».
6.3	Условия транспортировки	Транспортировка изделия медицинского назначения должна осуществляться в соответствии с требованиями производителя.

7	Требование к новизне товара	Товар должен быть новым, ранее не использованным, поставляться в оригинальной неповреждённой упаковке производителя. Поставка выставочных и демонстрационных образцов не допускается.		
8	Требования к комплектации	Полная комплектация, предусмотренная производителем		
9	Требования к эксплуатации и обслуживанию	Согласно техническому документу производителя		
10	Дополнительные материалы и эксплуатационные расходы	Не предусмотрено		
11	Требования к соответствию техническим регламентам	В соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан		
12	Объёмы закупки	В соответствии с утверждённой потребностью.		
12.1	Нейро баллон катетер	Тип-нейроваскулярный	штука	60
12.2	Сроки поставки	Срок поставки — 90 календарных дней. Для отечественных поставщиков — со дня осуществления предоплаты; для иностранных поставщиков — со дня открытия аккредитива. Для отечественных поставщиков — DDP, склад Заказчика (г. Ташкент). Для иностранных поставщиков — DAP, г. Ташкент (Инкотермс 2020).		
13	Монтажные и пусконаладочные работы	Не предусмотрено		
14	Требования к обучению персонала	Не предусмотрено		
15	Требования к документации			
15.1	Инструкция по применению	Инструкция должна быть на английском и/или русском и/или узбекском языках		
15.2	Перевод инструкции	Для незарегистрированных изделий медицинского назначения— поставщик государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом на государственный язык оригинальной инструкции		
16	Гарантийное и постгарантийное обслуживание	Не предусмотрено		
17	Требования к сроку годности			
17.1	Срок годности			
17.2	Остаточный срок годности товара	На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70 % от общего срока годности , установленного производителем.		
18	Год производства	Не ранее 2026 года		
19	Регистрация товара			
19.1	Регистрационное удостоверение	Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения)		

19.2	При отсутствии регистрации	В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт
20	Другие требования для производителя	Другие требования к производителю
20.1	ISO 13485	Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий)
20.2	CE, FDA	При наличии
20.3	Для местных производителей	Соответствие стандартам GxP
20.4	O'zDSt 2764 — GDP сертификат	Надлежащая дистрибьюторская практика (логистика и хранение)
20.5	O'zDSt 2763 — GSP сертификат	Надлежащая практика хранения

Участник закупочной процедуры обязан представить полный комплект технической документации производителя на предлагаемый товар (технические паспорта, каталоги, брошюры, инструкции по эксплуатации, спецификации и иные документы), содержащий исчерпывающее описание технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик медицинского изделия.

Каждый показатель, предусмотренный настоящим Техническим заданием, подлежит обязательному заполнению. Для каждого показателя участник обязан указать ссылку на соответствующий раздел, страницу или пункт документа производителя, подтверждающего соответствие предлагаемого товара установленным техническим требованиям.

Непредставление подтверждающих документов либо отсутствие ссылок на них рассматривается как неподтверждение соответствия предлагаемого товара требованиям настоящего Технического задания.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
750628-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

08.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 08.09.2026 йил соат 15:51:52 да "ТИФ ТН коди – 9018", "маҳсулот номи – нейробаллонный катетер для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 332 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 08.09.2026 йил соат 15:51:52 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
--------------------	----------------------

9018 - Tibbiyotda, jarrohlikda, stomatologiyada yoki veterinariyada qo'llaniladigan uskuna va qurilmalar, shu jumladan ssintigrafik apparatura, boshqa elektrotibbiy apparatura va ko'rishni tekshirish uchun uskunalar: Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 21.32.17.210-00001 21.31.16.110-00001 21.32.13.249-00002 21.32.13.249-00001 21.32.14.110-00004 21.32.13.304-00002 21.32.13.110-00001 26.60.13.190-00007 21.31.18.200-00001 21.32.13.284-00001 21.32.13.243-00001 21.32.13.286-00001 21.32.13.310-00001 21.32.18.150-00001 21.32.17.150-00001 21.32.17.110-00001 21.32.13.213-00001 21.31.18.290-00001 21.31.23.110-00001 21.32.13.200-00003 21.32.13.200-00002 21.32.27.180-00001 21.32.19.190-00002 21.31.13.220-00002 21.31.16.120-00001 21.31.24.120-00002 21.31.18.150-00001 21.32.17.120-00001 21.32.17.240-00006 21.31.18.120-00002 21.31.13.220-00003 21.31.18.200-00002 21.31.13.120-00001 21.31.11.400-00004 21.31.12.300-00004 29.20.99.000-00001	нейробаллонный катетер для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сосудах головного мозга
---	--

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 332 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqqa muvofiq emasligi aniqlandi).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на централизованную закупку в 2026 году каротидных стентов для
выполнения эндоваскулярного стентирования сонных артерий при оказании
экстренной медицинской помощи

№	Наименование раздела	Содержание
1	Описание товара	
1.1	Каротидный стент	материал: нитинол (никель-титановый сплав) с памятью формы, самораскрывающийся диаметр: 6-8 мм, длина: 40 ±2 мм
1.2	Каротидный стент	материал: нитинол (никель-титановый сплав) с памятью формы, самораскрывающийся диаметр: 7-9 мм, длина: 40 ±2 мм
1.3	Каротидный стент	материал: нитинол (никель-титановый сплав) с памятью формы, самораскрывающийся диаметр: 7-10 мм, длина: 40 ±2 мм
1.5	Область применения	Применяется для эндоваскулярного стентирования сонных артерий при лечении экстра-интракраниальных (тандемных) окклюзий в сочетании с механической тромбэктомией, а также при гемодинамически значимом стенозе или диссекции сонной артерии, препятствующих проведению эндоваскулярного вмешательства, у пациентов с острым ишемическим инсультом.
2	Цель закупки товара	Обеспечение доступности каротидных стентов различных размеров для выполнения эндоваскулярных вмешательств на сонных артериях в экстренных клинических ситуациях с целью восстановления кровотока, снижения инвалидизации и смертности при остром ишемическом инсульте, обусловленном тандемными окклюзиями.
3	Основание для реализации проекта	Закупка осуществляется во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 в целях обеспечения медицинских организаций лекарственными средствами, медицинскими изделиями и расходными материалами, необходимыми для окантной доступности расходных материалов и лекарственных средств для выполнения эндоваскулярных вмешательств в экстренных случаях.
4	Требования к страхованию	Поставщик обеспечивает страхование товара в случаях, предусмотренных договором поставки и условиями Инкотермс 2020.
5	Требования к техническим характеристикам	Устанавливаются в соответствии с условиями договора, заключаемого с заказчиком.
5.1	Материал	Нитинол (никель-титановый сплав) с памятью формы
5.2	Тип	Саморасширяющийся, постоянный имплантат

5.3	Конструкция	Закрытая либо гибридная ячейка (для снижения риска дистальной эмболизации), совместим с проводником 0.014"		
5.4	Единица измерения	штука		
5.5	Размеры:	Количество (шт.)		
	диаметр: 6-8 мм, длина: 40 ±2 мм	32		
	диаметр: 7-9 мм, длина: 40 ±2 мм	10		
	диаметр: 7-10 мм, длина: 40 ±2 мм	22		
6	Требования к упаковке, маркировке и транспортировке			
6.1	Маркировка	Маркировка должна быть нанесена на упаковку и содержать наименование изделия, номер серии (лот), срок годности, условия хранения и сведения о производителе.		
6.2	Упаковка	Изделие должно поставляться в первичной и вторичной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На первичной упаковке должна быть нанесена надпись: «Sotish man etiladi» .		
6.4	Условия транспортировки	Транспортировка изделия медицинского назначения должна осуществляться в соответствии с требованиями производителя.		
7	Требование к новизне товара	Товар должен быть новым, ранее не использованным, поставляться в оригинальной неповреждённой упаковке производителя. Поставка выставочных и демонстрационных образцов не допускается.		
8	Требования к комплектации	Полная комплектация, предусмотренная производителем		
9	Требования к эксплуатации и обслуживанию	Согласно техническому документу производителя		
10	Дополнительные материалы и эксплуатационные расходы	Не предусмотрено		
11	Требования к соответствию техническим регламентам	В соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан		
12	Объёмы закупки	В соответствии с утверждённой потребностью.		
12.1	Каротидный стент	диаметр: 6-8 мм, длина: 40 ±2 мм	штука	32
12.2	Каротидный стент	диаметр: 7-9 мм, длина: 40 ±2 мм	штука	10

12.3	Каротидный стент	диаметр: 7-10 мм, длина: 40 ±2 мм	штука	22
13	Сроки поставки	Срок поставки — 90 календарных дней. Для отечественных поставщиков — со дня осуществления предоплаты; для иностранных поставщиков — со дня открытия аккредитива. Для отечественных поставщиков — DDP, склад Заказчика (г. Ташкент). Для иностранных поставщиков — DAP, г. Ташкент (Инкотермс 2020).		
14	Монтажные и пусконаладочные работы	Не предусмотрено		
15	Требования к обучению персонала	Не предусмотрено		
16	Требования к документации			
16.1	Инструкция по применению	Инструкция должна быть на английском и/или русском и/или узбекском языках		
16.2	Перевод инструкции	Для незарегистрированных изделий медицинского назначения— поставщик государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом на государственный язык оригинальной инструкции		
17	Гарантийное и постгарантийное обслуживание	Не предусмотрено		
18	Требования к сроку годности			
18.1	Срок годности			
18.2	Остаточный срок годности товара	На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 70 % от общего срока годности , установленного производителем.		
18.3	Год производства	Не ранее 2026 года		
19	Регистрация товара			
19.1	Регистрационное удостоверение	Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения)		
19.2	При отсутствии регистрации	В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт		
20	Другие требования к поставщику	Другие требования к поставщику		
20.1	ISO 13485	Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий)		
20.2	CE, FDA	обязательно		

20.3	Для местных производителей	Соответствие стандартам GxP
20.4	O'z DSt 2764 — GDP сертификат	Надлежащая дистрибьюторская практика (логистика и хранение)
20.5	O'z DSt 2763 — GSP сертификат	Надлежащая практика хранения

Участник закупочной процедуры обязан представить полный комплект технической документации производителя на предлагаемый товар (технические паспорта, каталоги, брошюры, инструкции по эксплуатации, спецификации и иные документы), содержащий исчерпывающее описание технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик медицинского изделия.

Каждый показатель, предусмотренный настоящим Техническим заданием, подлежит обязательному заполнению. Для каждого показателя участник обязан указать ссылку на соответствующий раздел, страницу или пункт документа производителя, подтверждающего соответствие предлагаемого товара установленным техническим требованиям.

Непредставление подтверждающих документов либо отсутствие ссылок на них рассматривается как неподтверждение соответствия предлагаемого товара требованиям настоящего Технического задания.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2020 йилдаги ПҚ-4812-сон қарорининг
4-бандига кўра, Электрон коперация портали new.cooperation.uz порталида рўйхатдан
ўтган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари Буюртмачилар
томонидан ўрганилганлиги ҳақида
750642-сонли МАЪЛУМОТНОМА**

08.09.2026 й.

Тошкент ш.

Буюртмачи "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI XARIDLAR MARKAZI DM" 08.09.2026 йил соат 15:53:54 да "ТИФ ТН коди – 9021", "маҳсулот номи – каротидный стент для выполнения эндоваскулярного стентирования сонных артерий" маҳсулот параметрлари асосида қидирув амалга оширилди ва жами 154 та актив оферта мавжудлиги аниқланди.

Изоҳ: Ушбу маълумотнома 08.09.2026 йил соат 15:53:54 вақт ҳолатига амал қилади. Бошқа порталлар орқали харидни амалга оширишдан олдин new.cooperation.uz порталида такроран маълумотномани янгилаб олишингиз талаб этилади.

Буюртмачи қидирган маҳсулот параметрлари

ТИФ ТН коди	Маҳсулот номи
9021 - Ortopedik moslamalar, shu jumladan qo'ltiq tayoqlar, jarrohlik kamarlari va bandajlar; sinishlarni davolash uchun shina, boshqa moslamalar; tananing sun'iy qismlari; o'zida taqiladigan, a'zolar yoki ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan tana nuqsonlarni qoplash uchun va eshitish apparatlari va boshqa o'zlariga, o'zlari bilan kiyiladigan yoki a'zoning nuqsoni yoki uning harakatsizligini qoplash uchun tanaga joylashtiriladigan asboblari Klassifikator kodi (ma'lumot uchun): 21.32.14.110-00003 22.29.29.190-00004 25.11.23.169-00001 23.61.12.134-00001 13.92.22.140-00001 58.19.19.190-00012 20.30.22.120-00002 16.21.12.120-00002 31.09.13.190-00009 23.99.19.111-00008 25.99.22.130-00005 32.30.14.129-00018 29.20.99.000-00001	каротидный стент для выполнения эндоваскулярного стентирования сонных артерий

Буюртмачи қолдирилган изоҳ: (Barcha mavjud oferta o'rganib chiqildi va jami 154 ta aktiv ofertalar texnik topshiriqqa muvofiq emasligi aniqlandi).

